

ZERTIFIKAT

Berlin Cert

Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte GmbH

bescheinigt der Firma

mit diesem Zertifikat, dass an dem folgenden Produkt die Prüfung nach DIN EN 149:2009, Abschnitt 8.11 - Durchlass des Filtermediums in Verbindung mit der EN 13274-7 durchgeführt wurde und zu folgendem Ergebnis führt:

Produkt: FFP2 Maske Koumask KKF-1A-I

Prüfergebnis: Durchlass von Natriumchloridpartikeln: 5,6 %
 Maximum von 3 fabrikfrischen Masken: 5,4 %
 Maximum von 3 Masken nach der Gebrauchssimulation: 5,6 %
 Maximum von 3 Masken nach der mechanischen Widerstandsfähigkeitsprüfung gefolgt von der Temperaturkonditionierung: 0,6 %

Durchlass von Parafinölpartikeln: 4,2 %
 Maximum von 3 fabrikfrische Masken: 2,4 %
 Maximum von 3 Masken nach der Gebrauchssimulation: 1,3 %
 Maximum von 3 Masken nach der mechanischen Widerstandsfähigkeitsprüfung gefolgt von der Temperaturkonditionierung: 4,2 %

Der Durchlass der geprüften Maske liegt unter dem maximal zulässigen Durchlass von 6 % für FFP2 Masken.

Die durchgeführten Prüfungen sind im Prüfbericht PB-20-171-G-PA166-5 dokumentiert.

Dieses Zertifikat ist kein Nachweis für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des Medizinproduktegesetzes sowie der Richtlinie 93/42/EWG

Ausgestellt am: 2020-12-09

Lennert Lehmann
 Unterschrift Bevollmächtigter

FB187_20181019R1.1